

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE
Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
LABORATÓRIÁ RÚVZ SO SÍDLOM V POPRADE

ŠPECIALIZOVANÉ LABORATÓRIUM 2
MIKROBIOLOGICKÝCH ANALÝZ
tel.: 052/7722 453, e-mail: pp.slma@uvzsr.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 1781/2020
Mikrobiologické skúšky

Objednávateľ: A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o. Rovniankova 12, SK – 851 02 Bratislava	
Predmet skúšania: Účinnosť dezinfekčného prostriedku Druh prostriedku: dezinfekčný DEZITOL gél Miesto odberu: A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o., Rovniankova 12, SK – 851 02 Bratislava Dátum prípravy: neuvedený Vzorku odobral: objednávateľ Spôsob doručenia vzorky: poštou Stav vzorky pri doručení: bez zistení Dátum a čas prijatia do laboratória: 29.04.2020; 9 ³⁰ h Dátum ukončenia skúšok: 02.05.2020 Skúšobná metóda: ŠPP č.104 N, AHEM – príloha č.1/1985, Standardní metody pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek	Poradové číslo: 19/2020 Dátum odberu: - Odber z okresu: - Skladovanie vzorky: chladnička

Za správnosť údajov o predmete skúšania zodpovedá zadávateľ.

Testovací kmeň	Teplota	Prostredie	Účinnosť										
			30''	1'	2'	4'	6'	8'	10'	15'	30'	45'	60'
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Escherichia coli</i> CCM 3988	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 7930	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú

VYSVETLIVKY:

N – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície neúčinný

Ú – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície účinný

ŠPP – štandardný pracovný postup, AHEM – Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Výsledky sa vzťahujú na predmet skúšania po prevzatí do laboratória.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške môže reprodukovať iba ako celok.

Protokol vyhotovil: Helena Plučinská

Dňa: 04.05.2020

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
špecializované laboratórium 2
mikrobiologických analýz

Za odbornú činnosť zodpovedá:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca špecializovaného laboratória 2
mikrobiologických analýz



Protokol schválil:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Laboratórií
RÚVZ so sídlom v Poprade