

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE
Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
LABORATÓRIÁ RÚVZ SO SÍDLOM V POPRADE

ŠPECIALIZOVANÉ LABORATÓRIUM 2
MIKROBIOLOGICKÝCH ANALÝZ

tel.: 052/7722 453, e-mail: pp.slma@uvzs.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2151/2020
Mikrobiologické skúšky

Objednávateľ: A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o., Rovniankova 12, SK – 85102 Bratislava

Predmet skúšania: Účinnosť dezinfekčného prostriedku

Druh prostriedku: DEZITOL GÉL

Poradové číslo: 29/2020

Miesto odberu: A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o.,
Rovniankova 12, SK – 85102 Bratislava

Dátum odberu: -

Dátum prípravy: neuvedený

Odber z okresu: -

Vzorku odobral: objednávateľ

Spôsob doručenia vzorky: poštou

Stav vzorky pri doručení: bez zistení

Dátum a čas prijatia do laboratória: 13.05.2020; 10⁰⁰ h

Skladovanie vzorky: chladnička

Dátum ukončenia skúšok : 26.05.2020

Skúšobná metóda: ŠPP č.104 N, AHEM – príloha č.1/1985, Standardní metody pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek

Za správnosť údajov o predmete skúšania zodpovedá zadávateľ.

Testovací kmeň	Teplota	Prostredie	Účinnosť										
			30''	1'	2'	4'	6'	8'	10'	15'	30'	45'	60'
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516	37°C	vodné	N	N	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Escherichia coli</i> CCM 3988	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 7930	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Candida albicans</i> CCM 8186	25°C	vodné	N	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Aspergillus brasiliensis</i> CCM 8189	25°C	vodné	N	N	N	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú

VYSVETLIVKY:

N – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície neúčinný

Ú – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície účinný

ŠPP – štandardný pracovný postup, AHEM – Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Výsledky sa vzťahujú na predmet skúšania po prevzatí do laboratória.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške môže reprodukovať iba ako celok.

Protokol vyhotovil: Lívia Stasová

Dňa: 26.05.2020

Za odbornú činnosť zodpovedá:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Špecializovaného laboratória 2
mikrobiologických analýz

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
špecializované laboratórium 2
mikrobiologických analýz

Protokol schválil:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Laboratórií
RÚVZ so sídlom v Poprade