

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE

Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
LABORATÓRIÁ RÚVZ SO SÍDLOM V POPRADE

ŠPECIALIZOVANÉ LABORATÓRIUM 2
MIKROBIOLOGICKÝCH ANALÝZ

tel.: 052/7722 453, e-mail: pp.slma@uvzsr.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 1602/2020

Mikrobiologické skúšky

Objednávateľ:	A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o., Rovniankova 12, SK – 851 02 Bratislava		
Predmet skúšania:	Účinnosť dezinfekčného prostriedku		
Druh prostriedku:	Dezinfekčný DEZITOL – dezinfekcia na ruky	Poradové číslo:	15/2020
Miesto odberu:	A.B.EURO FINANCIAL CONSULTING s.r.o., Rovniankova 12, SK – 851 02 Bratislava	Dátum odberu:	-
Dátum prípravy:	neuvedený	Odber z okresu:	Bratislava
Vzorku odobral:	objednávateľ	Spôsob doručenia vzorky:	poštou
Stav vzorky pri doručení:	bez zistení	Dátum a čas prijatia do laboratória:	14.04.2020; 12 ³⁰ h
Dátum ukončenia skúšok:	17.04.2020	Skladovanie vzorky:	chladnička
Skúšobná metóda:	ŠPP č.104 N, AHEM – príloha č.1/1985, Standardní metody pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek		

Za správnosť údajov o predmete skúšania zodpovedá zadávateľ.

Testovací kmeň	Teplota	Prostredie	Účinnosť									
			30''	1'	2'	4'	6'	8'	10'	15'	30'	60'
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Escherichia coli</i> CCM 3988	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 7930	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú

VYSVETLIVKY:

N – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície neúčinný

Ú – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície účinný

ŠPP – štandardný pracovný postup, AHEM – Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Výsledky sa vzťahujú na predmet skúšania po prevzatí do laboratória.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške môže reprodukovať iba ako celok.

Protokol vyhotovil: Helena Plučinská

Dňa: 17.04.2020

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
špecializované laboratórium 2
mikrobiologických analýz

Za odbornú činnosť zodpovedá:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Špecializovaného laboratória 2
mikrobiologických analýz

Protokol schválil:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Laboratória
RÚVZ so sídlom v Poprade